

Installation Portsplitter 30309 für MessPC Ethernetbox

1. Installation der Hardware:

Der Portsplitter kann an den Ports 1 bis 4 der Ethernetbox verwendet werden.

Dabei sind die Ports am Portsplitter den Ports in der Konfiguration der Ethernetbox wie folgt zugeordnet:

Port Ethernetbox	Port 1 Portsplitter	Port 2 Portsplitter
1	1+5	9
2	2+6	10
3	3+7	11
4	4+8	12

Der kombinierte Sensor 30113 kann am Port 1 des Portsplitters angeschlossen werden, alle anderen Sensoren können wahlweise an einem der beiden Ports angeschlossen werden.